


放射温度計を初めて使う方や
日頃の保守に悩んでいる方にお勧めです。




放射温度計のパフォーマンスを最大限に引き出せるように
エアダスター、洗浄用アルコール、綿棒など
厳選されたメンテナンスグッズの詰め合わせです。

オンリーワンの価値を創造

 JAPANESE SENSOR CORPORATION

<http://www.japansensor.co.jp/>

 ジャパンセンサー

※本製品は予告なく内容が変わる場合がございます。

内容物と基本的な使い方



エアダスター

洗浄用アルコール&ドロPPERボトル

綿棒



レンズについた埃を取り除きます。レンズが奥に入り込んでいる場合は付属のノズルを使うと便利です。

洗浄用アルコールを使いレンズ表面についた汚れを落とします。同梱のドロPPERボトルに移すことにより必要な分だけアルコールが出せます。

綿棒にアルコールを含ませてレンズの汚れをふき取ります。ふき取り後の乾拭きにも使用します。



赤外線計測機器専門メーカー
ジャパンセンサー株式会社

本社 〒108-0075 東京都港区港南2-12-27 イケダヤ品川ビル
TEL. 03(6716)8877 FAX. 03(6716)8879
E-mail: tokyo@japansensor.co.jp
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO新大阪ビル2F
TEL. 06(6304)7335 FAX. 06(6304)7698
E-mail: osaka@japansensor.co.jp

<http://www.japansensor.co.jp/> ジャパンセンサー

■お問い合わせは下記まで■